



# ANIOS'CLEAN EXCEL D



## Nettoyant pré-desinfectant des instruments



- Concept breveté
- Association originale de principes actifs en synergie
- Haut niveau de détergence démontré
- Non corrosif, compatible avec un large panel de matériaux

### INDICATIONS

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et matériel d'endoscopie, avant leur stérilisation.

### CARACTERISTIQUES

- Détergent et désinfectant visant à réduire les risques de formation de biofilm à la surface des dispositifs médicaux
- Large spectre antimicrobien pour limiter les risques de contamination croisée et assurer la sécurité du personnel
- Efficacité antimicrobienne démontrée y compris sur BMR et BHR
- Formulation efficace en eau douce et en eau dure
- Formulation non corrosive et compatible avec un large panel de matériaux
- Amélioration du profil écotoxicologique : réduction des émissions de GES\* de 47% par rapport à un produit de même application
- Bonne rinçabilité
- Peut être utilisé en bac à ultra sons
- Solution limpide de couleur bleue
- pH produit pur : mini 6.5 - maxi 7.5
- pH à dilution (0.5%) en eau de réseau : environ 7,4
- Parfum citron

\* Gaz à Effets de Serre




**PRODUIT  
A DILUER**  
25 ml > 5L



# ANIOS'CLEAN EXCEL D

Nettoyant pré-desinfectant des instruments

## MODE D'EMPLOI



### Dilution à 0,5 % :

Verser une dose de 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou tiède du réseau.  
Renouveler le bain de trempage au moins une fois par jour.

Immerger complètement le dispositif médical.

**Temps de trempage conseillé : 15 min.**

Brosser si présence de souillures apparentes.  
Pour le matériel endoscopique : double nettoyage : 10 et 5 minutes.  
Ecouvillonner

Rincer abondamment les dispositifs médicaux à l'eau de réseau (bonne qualité microbiologique) pour éliminer toute trace de produit et souillure organique.

Pour le matériel endoscopique : extérieur et intérieur.

Essuyer avec un champ propre.  
Passer à l'étape suivante (voir protocole interne à l'établissement).

## COMPOSITION

Chlorure de didécyldiméthylammonium, digluconate de chlorhexidine, tensioactifs non ioniques, parfum, colorant, excipients.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Stockage : de +5°C à + 35°C.  
Dispositif médical de la classe IIb (Directive 93/42/CEE modifiée).

## PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes	Temps de contact
<b>Bactéries</b>	EN 13727, EN 14561 EN 13727 sur BMR	<b>5 minutes - 0.5%</b> <b>15 minutes - 0.5%</b>
<b>Mycobactéries</b>	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	<b>60 minutes - 2%</b>
<b>Levures</b>	EN 13624, EN 14562	<b>15 minutes - 0.5%</b>
<b>Virus</b>	PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus, HIV-1	<b>5 minutes - 0.5%</b>

L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande.

## CONDITIONNEMENTS

200 doses de 25 ml.....Réf. 2416.097

① 12 flacons de 1 litre doseur.....Réf. 2416.095

② 4 bidons de 5 litres + pompe 25 ml.....Réf. 2416.036

